



Departamento de Gestão da Atenção Especializada
Divisão da Atenção Especializada

PARECER TÉCNICO SES/DGAE/AE

Processo nº: 26/2000-9009791-7

Ementa: Parecer Técnico sobre Amostra de Produto

Em atendimento ao solicitado no Despacho nº 2784693, informamos que a amostra apresentada pela empresa **PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA**, participante do **Pregão Eletrônico nº 277/2026**, referente ao **Lote 02 – Bolsa de Ostomia - conjunto**, foi submetida à análise técnica quanto à conformidade com as especificações constantes no edital.

O item licitado corresponde a **conjunto de placa recortável e bolsa de colostomia drenável, opaca, com guia de recorte de 10 a 65 mm e flange de 70 mm**.

Após avaliação, verificou-se que o produto apresentado **não atende às especificações técnicas exigidas no descritivo do certame**, uma vez que apresenta **medidas de flange e de abertura para recorte divergentes das dimensões solicitadas**, não contemplando os parâmetros estabelecidos para o item.

Dessa forma, considerando a incompatibilidade das características técnicas do produto ofertado com as exigências do edital, **a amostra é considerada reprovada por não atender integralmente às especificações previstas para o Lote 02**.

Porto Alegre, 27 de julho de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Mara Rosani Azambuja Soares**, em 27/07/2026, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de assinatura eletrônica simples, com fundamento no inciso I e § 3º do art. 4º do Decreto Estadual nº 56.671, de 26 de setembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Karen Fernanda Gomes Godoi**, em 27/07/2026, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de assinatura eletrônica simples, com fundamento no inciso I e § 3º do art. 4º do Decreto Estadual nº 56.671, de 26 de setembro de 2022.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2843381** e o código CRC **339C7F02**.

Av. Borges de Medeiros, 1501 - 6º andar - Bairro Praia de Belas -
CEP 90110-150, Porto Alegre / RS - <https://saude.rs.gov.br/>

Referência: Processo nº 26/2000-9009791-7
Documento SEI nº 2843381