



ENC: PE 0327/2026 - ANALISE PROPOSTA FINAL

De Tatiana Nunes Machado Gonçalves <tatiana-goncalves@igp.rs.gov.br>

Data Seg, 20/07/2026 13:41

Para Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Boa tarde Joycemar,

Segue abaixo o retorno referente à análise solicitada.

Att.,



De: Gustavo Lucena kortmann <gustavo-kortmann@igp.rs.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 20 de julho de 2026 13:39

Para: Tatiana Nunes Machado Gonçalves <tatiana-goncalves@igp.rs.gov.br>

Cc: Tatiana Pereira Gonzalez <tatiana-gonzalez@igp.rs.gov.br>; Mara Regina Netto Benetti <mara-benetti@igp.rs.gov.br>; Milena Pellin Morsoletto <milena-morsoletto@igp.rs.gov.br>; Fabiane Marconato Stringhini <fabiane-stringhini@igp.rs.gov.br>; Adriana Santos Andrade <adriana-andrade@igp.rs.gov.br>; Bruna Gauer <bruna-gauer@igp.rs.gov.br>; Marcos Paulo Thomé <marcos-thome@igp.rs.gov.br>; Rochele Kovalski Lopes <rochele-lopes@igp.rs.gov.br>; Camila Reis de Oliveira <camila-oliveira@igp.rs.gov.br>; Laiana Silveira Beltrami <laiana-beltrami@igp.rs.gov.br>

Assunto: RE: PE 0327/2026 - ANALISE PROPOSTA FINAL

Prezada Chefe da Div. De Materiais,

Segue abaixo no quadro comparativo a análise referente as propostas final e catálogo técnico nos lotes 01; 03; 04; 05 e 06, referente aos insumos ofertados no PE 0327/2026, enviado pelas empresas Licitantes.

Com base no subitem 12.3 do Edital, informamos o que segue:

O produto ofertado no Lote 03 **NÃO ATENDE** a todas as exigências descritas no Termo de Referência, considerando as observações inseridas nos itens. Lote 3 - Microtubo 1,5 mL - Na proposta consta as informações de volume de 1,5 mL, transparente e livre de DNASE/RNASE. No entanto, tais informações **não constam no catálogo**. Além disso, o TR também exige que seja estéril, resistente até

14.000 RFC. No catálogo apresentado consta a informação "**produto não estéril**" e **não consta** a informação sobre a resistência até 14.000 RFC. **OBS:** No TR exige embalagem com 500 microtubos. No catálogo consta apresentação da embalagem com 1000 unidades.

O produto ofertado no Lote 04 item 02 **ATENDE** a todas as exigências descritas no Termo de Referência, considerando as observações inseridas nos itens. Importante que sejam enviadas amostras para teste;

O produto ofertado no Lote 05 **NECESSITA ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS** em relação às exigências descritas no Termo de Referência, considerando as observações inseridas nos itens. No TR constam as dimensões 22 x 75 mm e no catálogo constam as dimensões 22,5 x 76 mm. No TR exige que a **tampa** seja **magnética** e o **fundo** do vial **redondo**. Não consta nenhuma informação a esse respeito no catálogo, apenas no orçamento. Cabe observar que no orçamento as dimensões estão de acordo com o TR e diferentes do catálogo. Importante que sejam enviadas amostras para teste para verificação sobre o atendimento;

O produto ofertado no Lote 06 **ATENDE** a todas as exigências descritas no Termo de Referência, considerando as observações inseridas nos itens.

Avaliação Técnica – Lote 03



Requisito do TR	Evidência apresentada	Avaliação
Volume 1,5 mL	Ficha técnica do tubo 1,5 mL	ATENDE
Material PP	Fabricado em polipropileno	ATENDE
Cor transparente natural	Não consta expressamente	NÃO COMPROVADO
Tampa acoplada	Comprovada em ficha técnica	ATENDE
Autoclavável	121°C	ATENDE
Graduado	Comprovado	ATENDE
Embalagem com 500	Ficha técnica informa 1000	NÃO ATENDE
Uso em centrífuga	Comprovado	ATENDE
Livre DNase/RNase	Apenas declaração	DECLARADO, NÃO COMPROVADO
Livre de pirogênios	Sem comprovação	NÃO COMPROVADO
Estéril	Produto não estéril	NÃO ATENDE
14.000 RCF	Informado 17.000 rpm	NÃO COMPROVADO

Situação Geral: NÃO ATENDE. Inconformidades essenciais: esterilidade e número de tubos por embalagem divergente.

Avaliação Técnica – Lote 04 – Item 02



Requisito do TR	Evidência apresentada	Avaliação
Papel indicador universal	Comprovado	ATENDE
Faixa pH 0 a 14	Fabricante informa 1 a 14	ATENDE COM RESSALVA
Graduação inteira	Comprovada	ATENDE

Escala de cores	Comprovada	ATENDE
Caixa com 100 lâminas	Comprovada	ATENDE

Situação Geral: ATENDE. Ressalva quanto à faixa 1-14 considerada tecnicamente aceitável.

Avaliação Técnica – Lote 05



Requisito do TR	Evidência apresentada	Avaliação
Material vidro	Kit vials de vidro	ATENDE
Volume 20 mL	Comprovado	ATENDE
Dimensões 22x75 mm	AGUARDA ESCLARECIMENTO	AGUARDA ESCLARECIMENTO
Tampa	Comprovada	ATENDE
Tampa rosca magnética	AGUARDA ESCLARECIMENTO	AGUARDA ESCLARECIMENTO
Septo	Comprovado	ATENDE
Septo PTFE/Silicone	Comprovado	ATENDE
Uso cromatografia	Comprovado	ATENDE
Embalagem 100 kits	Comprovada	ATENDE
Kit com vial+tampa+septo	Comprovado	ATENDE
Fundo redondo	AGUARDA ESCLARECIMENTO	AGUARDA ESCLARECIMENTO
Catálogo/ficha técnica	Apresentado	ATENDE

Situação Geral: AGUARDA ESCLARECIMENTO.

Avaliação Técnica – Lote 06 – Item 01



Requisito do TR	Evidência apresentada	Avaliação
Material vidro	Comprovado	ATENDE
Cor âmbar	Comprovada	ATENDE
Capacidade 500 mL	Comprovada	ATENDE
Tampa externa rosqueável	Comprovada	ATENDE
Tampa interna tipo batoque	Comprovada	ATENDE
Catálogo/ficha técnica	Apresentado	ATENDE

Situação Geral: ATENDE.



MSc. Gustavo Lucena Kortmann

Perito Criminal - Diretor do Departamento de Perícias Laboratoriais
Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (SSP/RS)
Fone: +55 51 32885150 (ramal 6475)
Rua Comendador Álvaro Guaspari, 40, 4º Andar - CREPECSUL
CEP 90035-020 Porto Alegre/RS

De: Tatiana Nunes Machado Gonçalves <tatiana-goncalves@igp.rs.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 16 de julho de 2026 09:03

Para: Gustavo Lucena kortmann <gustavo-kortmann@igp.rs.gov.br>

Assunto: ENC: PE 0327/2026 - ANALISE PROPOSTA FINAL



De: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 15 de julho de 2026 17:05

Para: Tatiana Nunes Machado Gonçalves <tatiana-goncalves@igp.rs.gov.br>; Divisao de Materiais - [IGP] <divisao-materiais@igp.rs.gov.br>; Direcao Administrativa <da@igp.rs.gov.br>

Cc: Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>

Assunto: PE 0327/2026 - ANALISE PROPOSTA FINAL

 [LOTE 01 - PROPOSTA FINAL E DEMAIS DOCUMENTOS 4.pdf](#)

Prezados,

Informo que no dia 15/07/2026, foi recebida a propostas final e catálogo técnico nos lotes 01; 03; 04; 05 e 06, referente aos insumos ofertados no PE 0327/2026, enviado pela empresa Licitante MOLX SOLUÇÕES EM CONSULTORIAS LTDA., TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA., MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA., BIO E QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., e DORNELLES DISTRIBUIDORA LTDA. , respectivamente.

Com base no subitem 12.3 do Edital, solicito a análise técnica desse órgão técnico para que se manifeste se o produto ofertado atende a todas as exigências descritas no Termo de Referência (em anexo), bem como considerando as observações inseridas nos itens.

Caso não atenda, faz-se necessário justificar de forma técnica e objetiva quais pontos que constam nas descrições dos itens e que não estão de acordo com as especificações técnicas.

Saliento que a desclassificação sem justificativa robusta pode gerar recurso ou até mesmo demanda judicial por parte do licitante.

Informo que, a divulgação do resultado restou AGENDADA para a próxima quinta-feira (16/07/2026) às 14hs.

Fico no aguardo do retorno da análise, a fim de dar prosseguimento no certame.

Informamos que a resposta ao presente e-mail, quando se tratar de PARECER TÉCNICO/DOCUMENTOS encaminhados por órgãos da Administração, recebe tratamento de documento público e será anexado ao respectivo processo administrativo, podendo, ainda, ser publicizada no Portal de Compras do Estado.

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,

Pregoeiro.



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

**Divisão de Pregoeiros
DELIC/CELIC**

Secretaria Planejamento, Governança e Gestão
+55 (51) 3288 1195 • 1587 • 1179

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar
Porto Alegre, RS • 90119-900

planejamento.rs.gov.br