



ENC: PE 0327/2026 - LOTE 05 - COMPLEMENTAÇÃO AO CATALOGO TECNICO

De Tatiana Nunes Machado Gonçalves <tatiana-goncalves@igp.rs.gov.br>

Data Qua, 22/07/2026 15:20

Para Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Boa tarde prezados,

Segue retorno da avaliação técnica.

Att.,



De: Angela Malysz Sgaravatti <angela-sgaravatti@igp.rs.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 22 de julho de 2026 15:17

Para: Tatiana Nunes Machado Gonçalves <tatiana-goncalves@igp.rs.gov.br>

Cc: Fabiane Marconato Stringhini <fabiane-stringhini@igp.rs.gov.br>; Gustavo Lucena kortmann <gustavo-kortmann@igp.rs.gov.br>

Assunto: RE: PE 0327/2026 - LOTE 05 - COMPLEMENTAÇÃO AO CATALOGO TECNICO

Boa tarde, Tatiana!

No folder nem no catálogo, não há especificação em relação a tampa (apenas na proposta). O TR exige que seja **tampa rosca magnética**. Dessa forma, o produto ofertado no lote 5 item 1 NECESSITA DE ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS. Importante que sejam enviadas amostras para testes.

At. te, Ângela Sgaravatti.

De: Tatiana Nunes Machado Gonçalves <tatiana-goncalves@igp.rs.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 22 de julho de 2026 10:11

Para: Angela Malysz Sgaravatti <angela-sgaravatti@igp.rs.gov.br>

Cc: Gustavo Lucena kortmann <gustavo-kortmann@igp.rs.gov.br>

Assunto: ENC: PE 0327/2026 - LOTE 05 - COMPLEMENTAÇÃO AO CATALOGO TECNICO

Bom dia Prezados,

Segue proposta final para comparação técnica com o termo de referência, ambos em anexo.

Fico no aguardo,

	Tatiana Gonçalves Chefe da Divisão de Materiais Departamento Administrativo INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS - IGP ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Rua Comendador Álvaro Guaspari, 40- 7º andar - Floresta CEP 90035-020 Porto Alegre/RS Fone: (51) 3288.5175 https://igp.rs.gov.br
---	--

De: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: terça-feira, 21 de julho de 2026 17:16

Para: Tatiana Nunes Machado Gonçalves <tatiana-goncalves@igp.rs.gov.br>; Divisao de Materiais - [IGP] <divisao-materiais@igp.rs.gov.br>

Assunto: PE 0327/2026 - LOTE 05 - COMPLEMENTAÇÃO AO CATALOGO TECNICO

Prezado,

Em diligência a manifestação anterior no lote 05, transcrito abaixo, segue em anexo, o folder apresentado pelo Licitante vencedor para aferição ao insumo ofertado.

"O produto ofertado no Lote 05 NECESSITA ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS em relação às exigências descritas no Termo de Referência, considerando as observações inseridas nos itens. No TR constam as dimensões 22 x 75 mm e no catálogo constam as dimensões 22,5 x 76 mm. No TR exige que a tampa seja magnética e o fundo do vial redondo. Não consta nenhuma informação a esse respeito no catálogo, apenas no orçamento. Cabe observar que no orçamento as dimensões estão de acordo com o TR e diferentes do catálogo. Importante que sejam enviadas amostras para teste para verificação sobre o atendimento;"

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,
Pregoeiro.

 GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	Divisão de Pregoeiros DELIC/CELIC Secretaria Planejamento, Governança e Gestão +55 (51) 3288 1195 • 1587 • 1179 CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar Porto Alegre, RS • 90119-900 planejamento.rs.gov.br
---	---

