



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

POLÍCIA CIVIL

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

DMP PC - DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

E-MAIL

DMP-SPA@POLICIACIVIL.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 42774

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 21/07/2026

EDITAL NÚMERO: 728 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 06/08/2026 13:35

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1204-0016083-5

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM;

JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DOS APARELHOS ELETROESTIMULADORES É NECESSÁRIA PARA ATENDER À DEMANDA CRESCENTE POR MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA CIVIL. OS EQUIPAMENTOS EM QUESTÃO SÃO AMPLAMENTE UTILIZADOS EM PROTOCOLOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA: *ALÍVIO DE DORES CRÔNICAS E AGUDAS (LOMBAR, CERVICAL, ENXAQUECA, ETC.); *TRATAMENTO DE PROBLEMAS MUSCULARES E ORTOPÉDICOS; *DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS (COMO PARALISIA FACIAL) PROBLEMAS DIGESTIVOS, RESPIRATÓRIOS OU GINECOLÓGICOS; *REDUÇÃO DE ESTRESSE, ANSIEDADE E INSÔNIA; *ESTÍMULO DE PONTOS PARA EMAGRECIMENTO OU CONTROLE DE VÍCIOS. ALÉM DISSO, A AQUISIÇÃO VISA SUBSTITUIR OU COMPLEMENTAR EQUIPAMENTOS OBSOLETOS, GARANTINDO MAIOR EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS, ALINHANDO-SE ÀS BOAS PRÁTICAS DA FISIOTERAPIA MODERNA E À DIRETRIZ INSTITUCIONAL DE MELHORIA CONTÍNUA DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ENTENDE-SE COMO VIÁVEL A AQUISIÇÃO NO QUANTITATIVO DE 03 UNIDADES, CONSIDERANDO NECESSIDADES DO ÓRGÃO RECEBER, DISPONIBILIDADE DE RECURSO FINANCEIRO DIRECIONADO ESPECIFICAMENTE PARA A ÁREA DA SAÚDE, E POR ESES ITENS ESTAREM PREVISTOS PELO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 AQUISIÇÃO DE ELETROESTIMULADORES

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 12.981,30

Item 1 - 0870.0192.010000

ELETROESTIMULADOR PARA ACUPUNTURA

QUANTIDADE: 3,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 4.327,10

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ELETROESTIMULADOR - TIPO: ESTIMULADOR; CANAIS: NO MINIMO 08; TECNICAS APLICADAS: MINIMO ELETROACUPUNTURA; PROTOCOLOS: MINIMO 46; TIPOS DE PROTOCOLOS: MINIMO ELETROACUPUNTURA; TIPO DE DISPLAY: DIGITAL; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO; TECLAS: TOUCH SCREEN; MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM; GARANTIA: MINIMA 12 MESES; REGISTRO ANVISA: SIM; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: DEVERÁ POSSUIR NO MINIMO 06 CABOS ESTIMULADORES OU CABOS PARA APLICAÇÃO; DEVERÁ POSSUIR APLICATIVO PARA CELULAR;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA POLICLÍNICA - DIVISÃO DE SAÚDE DELEGADO GRANT 115 SANTANA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:****OBSERVAÇÃO 1**

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOUVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA ENTREGA DE AMOSTRA É DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA SUA EXIGÊNCIA. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO PREVALECERÁ O QUE FOR MAIOR.