



Departamento de Gestão da Atenção Especializada
Divisão da Atenção Especializada

PARECER TÉCNICO SES/DGAE/AE

Processo nº: 26/2000-9011114-6

Ementa: Avaliação técnica dos produtos ofertados no PE 0325/2026

Atendendo ao solicitado no despacho número 2891701 do processo supra, quanto à conformidade dos produtos ofertados no PE 0325/2026 informamos que:

- **Lote 01:** produto ofertado pela empresa Samyras Equipamentos Médicos Ltda (marca Coloplast) está em concordância com o descritivo. **Aprovado.;**
- **Lote 02:** produto ofertado pela empresa Medpoa Comércio de Materiais Hospitalar Ltda (marca Casex) foi reprovado no teste de uso por possuir base de engate mais ponteguda, exercendo pressão pontual, podendo causar desconforto e lesão na pele periestomal, principalmente em pele fragilizada ou na necessidade de maior tensão no ajuste. **Reprovado.;**
- **Lote 03:** produto ofertado pela empresa Prohospital Comércio Holanda Ltda não atende ao descritivo por possuir área de recorte máximo da placa maior do que o solicitado. Consta "recortável de 15 a 53mm" no PE. Ofertado "recorte de 15 a 65mm". **Reprovado.;**
- **Lote 04:** produto ofertado pela empresa Prohospital Comércio Holanda Ltda não atende ao descritivo por possuir área de recorte da placa fora do solicitado. Consta "recortável de 10 a 76mm" no PE. Ofertado "recorte de 20 a 76mm". **Reprovado.**

Porto Alegre, 30 de julho de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Mara Rosani Azambuja Soares**, em 30/07/2026, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de assinatura eletrônica simples, com fundamento no inciso I e § 3º do art. 4º do Decreto Estadual nº 56.671, de 26 de setembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Karen Fernanda Gomes Godoi**, em 30/07/2026, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de assinatura eletrônica simples, com fundamento no inciso I e § 3º do art. 4º do Decreto Estadual nº 56.671, de 26 de setembro de 2022.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2901535** e o código CRC **6365C6EA**.

Av. Borges de Medeiros, 1501 - 6º andar - Bairro Praia de Belas -

CEP 90110-150, Porto Alegre / RS - <https://saude.rs.gov.br/>

Referência: Processo nº 26/2000-9011114-6

Documento SEI nº 2901535