

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 42470

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 12/06/2026

EDITAL NÚMERO: 436 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/09/2026 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1300-0003980-7

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

CONFORME ITEM I DO ETP

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO PARA CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS VACINAS E TERMOLÁBEIS**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Não Aplicável

PRAZO DE ENTREGA : 60 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 20.577.690,00

Item 1 - 0830.0103.010002**CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO PARA CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS VACINAS E TERMOLÁBEIS****QUANTIDADE:** 801,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 25.690,00**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:****CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO - TIPO:** CONSERVACAO; **USO:** MEDICAMENTOS, VACINAS E TERMOLÁBEIS;**TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO:** INTERNA MÍNIMA DE 2°C A MÁXIMA DE 8°C , COM PONTO FIXO EM 4°C, OUPROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO; **CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO:** 400 A 450 L; **TIPO DE DEGELO:** AUTOMÁTICOSECO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADOR; **TIPO DE PORTA:** VIDRO TRIPLO COM ANTI EMBAÇAMENTO, COM VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO; **RODÍZIOS:** SIM; **VOLTAGEM:** BIVOLT 127/220V OU 220V;**CIRCULAÇÃO INTERNA POR AR FORÇADO:** SIM; **TIPO DE ILUMINACAO:** INTERNA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA; **GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAL:** SIM; **MATERIAL DO GABINETE EXTERNO:**

CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO OU EM AÇO TRATADO, QUE SEJA TRATADO PARA EVITAR A FERRUGEM;

GABINETE INTERNO: TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL; **AUTONOMIA DO SISTEMA DE EMERGENCIA:** ATÉ 36 HORAS

NA FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, ALARME SONORO EM TEMPERATURAS FORA DA FAIXA (MIN/MAX) OU

PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO; **SISTEMA DE MONITORAMENTO:** AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DETEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR; **DISCADORA DE TELEFONE:**

PARA ATÉ 09 NÚMEROS PRÉ-PROGRAMADOS EM CASO DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA;

GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES; **MANUAL EM PORTUGUÊS:** SIM; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:**

EQUIPAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES N°: 1, 187, 207

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO****LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 800

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:OBSERVAÇÃO 1

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA ENTREGA DE AMOSTRA É DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA SUA EXIGÊNCIA. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO PREVALECERÁ O QUE FOR MAIOR.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL:

-DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO:

A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL.

- DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR):

A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

OBSERVAÇÃO 207

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM E PROCEDÊNCIA DOS MESMOS JUNTO AO FABRICANTE.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA DA COMPRA

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA DO ITEM: 0830.0103.010002 CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS VACINAS E TERMOLÁBEIS

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE APÓS HOMOLOGAÇÃO E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO/EMIÇÃO DO EMPENHO PARA ENTREGA DO QUE SEGUE: - ESPECIFICAÇÃO CLARA E DETALHADA DOS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ATRAVÉS DE CATÁLOGOS E OU PROSPECTOS; - OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DE MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COMPLETOS, EM LÍNGUA PORTUGUESA, INGLESA OU ESPANHOLA; - A NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, TEMPERATURA AMBIENTE, DIMENSÕES FÍSICAS E TODO E QUALQUER REQUISITO TÉCNICO PARA A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MINUCIOSAMENTE DESCRITOS E ENTREGUES EM LOCAL E DATA DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, COM A FINALIDADE DE AVALIAR A VIABILIDADE TÉCNICA DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO OFERTADO; - A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ CONSIDERAR EM SUA PROPOSTA FINAL TREINAMENTO NA SEDE DO ÓRGÃO REQUISITANTE OU NOS LOCAIS INDICADOS POR ELA, SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL POSTERIOR QUANTO A DESLOCAMENTO, ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS; - TREINAMENTO PRESENCIAL PARA NO MÍNIMO 2 TÉCNICOS DO ÓRGÃO SOLICITANTE E TREINAMENTOS À DISTÂNCIA (NA MODALIDADE VÍDEO CONFERÊNCIA) A OCORREREM DENTRO DO PERÍODO DE 12 MESES APÓS A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS EM DATA A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE; - GARANTIR ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO GRATUITO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. - OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA EM EMBALAGEM EXTERNA