



Outlook

RE: PE 0327/2026 - LOTES 03 E 04 - ANALISE PROPOSTA FINAL

De Fabiane Marconato Stringhini <fabiane-stringhini@igp.rs.gov.br>

Data Qua, 02/09/2026 15:01

Para Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Cc Paulini Braun Wegner <paulini-wegner@igp.rs.gov.br>; Milena Pellin Morsoletto <milena-morsoletto@igp.rs.gov.br>

Boa tarde!

Quanto à documentação complementar apresentada, informamos que:

- O produto ofertado no lote 3 (microtubo 1,5 mL) ATENDE às exigências descritas no Tremo de Referência, considerando as observações inseridas no item. Importante que sejam enviadas amostras para teste;
- O produto ofertado no lote 4 (papel filtro qualitativo) NÃO ATENDE às exigências descritas no Termo de Referência, uma vez que a espessura solicitada é de 0,2 mm. Na ficha técnica consta de 0,13 a 0,18 mm. Além disso, não constam informações sobre resistência ao estouro (94 KPA), resistência ao estouro papel úmido (29 KPA) e permeabilidade ao ar "38L/s.m2", parâmetros esses exigidos no TR.

Att,

Dra. Fabiane M. Stringhini

Química Pesquisadora
Gestora da Qualidade da Divisão de Toxicologia Forense
Departamento de Perícias Laboratoriais
Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul

De: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 2 de setembro de 2026 08:00

Para: Fabiane Marconato Stringhini <fabiane-stringhini@igp.rs.gov.br>

Cc: Paulini Braun Wegner <paulini-wegner@igp.rs.gov.br>

Assunto: RE: PE 0327/2026 - LOTES 03 E 04 - ANALISE PROPOSTA FINAL

Prezadas,

Em diligências requisitadas por este Pregoeiro, segue para conhecimento a complementação da documentação apresentada aos lotes 03 e 04, no Certame.

Após, caso aprovadas a documentação, informo que convocarei as Licitantes para apresentação de amostra do produto ofertado.

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,
Pregoeiro.



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

Divisão de Pregoeiros DELIC/CELIC

Secretaria Planejamento, Governança e Gestão
+55 (51) 3288 1195 • 1587 • 1179

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar
Porto Alegre, RS • 90119-900

planejamento.rs.gov.br

De: Fabiane Marconato Stringhini <fabiane-stringhini@igp.rs.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 31 de agosto de 2026 11:57

Para: Paulini Braun Wegner <paulini-wegner@igp.rs.gov.br>; Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>; Tatiana Nunes Machado Gonçalves <tatiana-goncalves@igp.rs.gov.br>

Cc: Milena Pellin Morsoletto <milena-morsoletto@igp.rs.gov.br>

Assunto: Re: PE 0327/2026 - LOTES 03 E 04 - ANALISE PROPOSTA FINAL

Bom dia,

Complementando as considerações da Paulini, é muito importante que sejam enviadas amostras de todos os itens para testes.

Att,

Dra. Fabiane M. Stringhini

Química Pesquisadora
Gestora da Qualidade da Divisão de Toxicologia Forense
Departamento de Perícias Laboratoriais
Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul

De: Paulini Braun Wegner <paulini-wegner@igp.rs.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 31 de agosto de 2026 11:49

Para: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>; Tatiana Nunes Machado Gonçalves <tatiana-goncalves@igp.rs.gov.br>

Cc: Fabiane Marconato Stringhini <fabiane-stringhini@igp.rs.gov.br>; Milena Pellin Morsoletto <milena-morsoletto@igp.rs.gov.br>

Assunto: RE: PE 0327/2026 - LOTES 03 E 04 - ANALISE PROPOSTA FINAL

Prezados,

Em atendimento à solicitação de análise técnica referente aos produtos ofertados pelas licitantes vencedoras do Pregão Eletrônico nº 0327/2026, procedeu-se à avaliação da documentação encaminhada para os Lotes 03 e 04, mediante confronto entre as especificações constantes no Termo de Referência e os catálogos técnicos e propostas apresentados pelas empresas licitantes.

LOTE 03

Empresa: EVEN COMERCIAL LTDA

Item: Microtubo 1,5 mL em polipropileno transparente, embalagem com 500 unidades.

Após análise da proposta e do catálogo técnico apresentados, verificou-se que a documentação comprova atendimento aos requisitos de volume (1,5 mL), material em polipropileno, tampa acoplada, graduação, acondicionamento em embalagem contendo 500 unidades, além da informação de que o produto é livre de DNase/RNase e pirogênios e autoclavável.

Contudo, não foram identificadas informações técnicas que comprovem os requisitos de **esterilidade e resistência mínima de 14.000 RCF**, expressamente exigidos no Termo de Referência.

Dessa forma, **não há elementos suficientes para confirmar integralmente o atendimento das especificações técnicas do item**, sendo recomendável a realização de diligência junto ao fornecedor para apresentação de documentação complementar do fabricante que comprove os requisitos mencionados.

LOTE 04 – ITEM 1

Empresa: AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

Item: Papel filtro qualitativo quadrado 500 x 500 mm, 80 g/m².

A documentação apresentada comprova gramatura de 80 g/m², dimensões de 50 x 50 cm (500 x 500 mm) e fornecimento em embalagem contendo 100 folhas.

Entretanto, não foram localizadas no catálogo técnico informações relativas à:

- espessura de 0,2 mm;
- resistência ao estouro de 94 kPa;
- resistência ao estouro úmido de 29 kPa;
- permeabilidade ao ar de 38 L/s.m².

Assim, **não é possível confirmar integralmente o atendimento das especificações técnicas exigidas**, recomendando-se diligência para apresentação de ficha técnica completa do fabricante que contenha os parâmetros de desempenho exigidos no Termo de Referência.

LOTE 04 – ITEM 2

Empresa: AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

Item: Papel indicador universal de pH faixa 0 a 14.

A análise da documentação apresentada demonstra atendimento às especificações do Termo de Referência, incluindo faixa de medição de pH de 0 a 14, graduação em unidades inteiras de pH, escala colorimétrica e fornecimento em embalagem contendo 100 unidades.

Dessa forma, **o item atende às especificações técnicas exigidas.**


Conclusão

Com base exclusivamente na documentação encaminhada para análise, conclui-se que:

- **Lote 03:** documentação insuficiente para comprovação integral do atendimento aos requisitos técnicos, recomendando-se diligência complementar do fornecedor.
- **Lote 04 – Item 1:** documentação insuficiente para comprovação integral do atendimento aos requisitos técnicos, recomendando-se diligência complementar do fornecedor.
- **Lote 04 – Item 2:** atende às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

Fico à disposição,

Atenciosamente,



De: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 28 de agosto de 2026 13:45

Para: Tatiana Nunes Machado Gonçalves <tatiana-goncalves@igp.rs.gov.br>

Cc: Fabiane Marconato Stringhini <fabiane-stringhini@igp.rs.gov.br>; Paulini Braun Wegner <paulini-wegner@igp.rs.gov.br>

Assunto: PE 0327/2026 - LOTES 03 E 04 - ANALISE PROPOSTA FINAL

Prezados,

Informo que no dia 28/08/2026, foi recebida a propostas final e catálogo técnico nos lotes 03 e 04, referente ao produto ofertado no PE 0327/2026, pela Licitante vencedora EVEN COMERCIAL LTDA e AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

Com base no subitem 12.3 do Edital, solicito a análise técnica desse órgão técnico para que se manifeste se o produto ofertado atende a todas as exigências descritas no Termo de Referência (em anexo).

Caso não atenda, faz-se necessário justificar de forma técnica e objetiva quais pontos que constam nas descrições dos itens e que não estão de acordo com as especificações técnicas.

Saliento que a desclassificação sem justificativa robusta pode gerar recurso ou até mesmo demanda judicial por parte do licitante.

Informo que, a divulgação do resultado restou AGENDADA para a próxima segunda-feira (28/07/2026) às 14hs.

Fico no aguardo do retorno da análise, a fim de dar prosseguimento no certame.

Informamos que a resposta ao presente e-mail, quando se tratar de PARECER TÉCNICO/DOCUMENTOS encaminhados por órgãos da Administração, recebe tratamento de documento público e será anexado ao respectivo processo administrativo, podendo, ainda, ser publicizada no Portal de Compras do Estado.

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,

Pregoeiro.



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**

**Divisão de Pregoeiros
DELIC/CELIC**

Secretaria Planejamento, Governança e Gestão
+55 (51) 3288 1195 • 1587 • 1179

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar
Porto Alegre, RS • 90119-900

planejamento.rs.gov.br