



Outlook

RE: Julgar PE 0207-2026 - lote 01 - itens 01 - micropipeta monocal 100 uL (volume fixo)

De Microbiologia <microbiologia@saude.rs.gov.br>

Data Sex, 18/09/2026 13:00

Para Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Cc Almoxarifado Lacen <almox-lacen@saude.rs.gov.br>; Danielle Ferreira Lima Nunes <danielle-nunes@saude.rs.gov.br>

Boa tarde,

Com relação ao item 1 do lote 1 do Pregão Eletrônico 207/26, MICROPIPETA MONOCANAL - 100 MICROLITROS CERTIF. RBC (LIC 08300507010130) ofertado pela empresa Loglab Produtos para Laboratórios Ltda (marca: Kasvi Modelo: Plus 10 - 100 µL), não atende à especificação técnica exigida, já que o modelo ofertado apresenta volume variável de 10 µL a 100 µL e foi solicitado que o equipamento apresente volume fixo de 100 µL. Além disso, o produto ofertado apresenta inexatidão de $\pm 0,8$ (no volume de 100 µL) não atendendo à inexatidão solicitada na especificação técnica ($\pm 0,6$). O produto ofertado também não atende quanto ao prazo de garantia solicitado de 24 meses – o produto ofertado apresenta 12 meses de garantia. Salientamos também que não foi encaminhada a informação sobre o prazo de garantia do produto.

Atenciosamente,

Natália Canal

Laboratório de Microbiologia de Águas e Alimentos/ LACEN/ CEVS/ SES-RS
(51) 3288-4045

De: Almoxarifado Lacen <almox-lacen@saude.rs.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 18 de setembro de 2026 11:55

Para: Microbiologia <microbiologia@saude.rs.gov.br>

Assunto: Julgar PE 0207-2026 - lote 01 - itens 01 - micropipeta monocal 100 uL (volume fixo)

Bom dia.

Para julgarem o item 01, lote 01.

0830.0507.010130 - MICROPIPETA MONOCANAL - 100 MICROLITROS CERTIF. RBC

MICROPIPETA MONOCANAL - **VOLUME REGULÁVEL:** NÃO; **VOLUME:** 100 MICROLITROS;

AUTOCLAVÁVEL: SIM; **TOTAL DE DÍGITOS:** 4; **IMPRECISÃO DO VOLUME FIXO:** 0,2 %; **INEXATIDÃO DO VOLUME FIXO:** 0,6 %; **SISTEMA DE EXPULSÃO DE PONTEIRAS:** SIM; **GARANTIA:** MÍNIMO 24 MESES; **ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES:** DEVERÁ POSSUIR PISTÃO RESISTENTE À CORROSÃO; DEVERÁ SER ERGONÔMICA; DEVERÁ SER CALIBRADA; DEVERÁ ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO NA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO)

Atenciosamente,

JPMR

Almoxarifado / Compras

LACEN-RS - (51)3288.4009

De: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 18 de setembro de 2026 11:33

Para: Almoxarifado Lacen <almox-lacen@saude.rs.gov.br>

Cc: Danielle Ferreira Lima Nunes <danielle-nunes@saude.rs.gov.br>

Assunto: RE: PE 0207-2026 - lote 01 - itens 01 e 02 - ANALISE PROPOSTA FINAL E DEMAIS DOCUMENTOS

Prezados,

Segue em anexo, os documentos relativos ao lote 01, conforme abaixo:

**- Item 1 – 0830.0507.010130 - MICROPIPETA MONOCANAL - 100 MICROLITROS
CERTIF. RBC**

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE- CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AV.
IPIRANGA 5400 PARTENON PORTO ALEGRE RS (LACEN).

Item 3 - 0830.0S07.000662 MICROTUBO PP INCO 0,2ML C,'GRADUA

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL
ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE - (CDCT)

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,

ID Funcional 2608537

Pregoeiro da Divisão de Fase Externa de Bens - DELIC/CELIC



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

**Divisão de Pregoeiros
DELIC/CELIC**

Secretaria Planejamento, Governança e Gestão
+55 (51) 3288 1195 • 1587 • 1179

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar
Porto Alegre, RS • 90119-900

planejamento.rs.gov.br

De: Almoxarifado Lacen <almox-lacen@saude.rs.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 18 de setembro de 2026 11:17

Para: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Cc: Danielle Ferreira Lima Nunes <danielle-nunes@saude.rs.gov.br>

Assunto: RE: PE 0207-2026 - lote 01 - itens 01 e 02 - ANALISE PROPOSTA FINAL E DEMAIS DOCUMENTOS

Bom dia.

Faltam os anexos com as propostas e catálogos.

Atenciosamente,

José Rocha

Almoxarifado / Compras

LACEN-RS - (51)3288.4009

De: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 18 de setembro de 2026 09:46

Para: Almoxarifado Lacen <almox-lacen@saude.rs.gov.br>; LACEN - [SES] <lacen@saude.rs.gov.br>; Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - [SES] <cdct-cevs@saude.rs.gov.br>

Cc: Danielle Ferreira Lima Nunes <danielle-nunes@saude.rs.gov.br>

Assunto: RE: PE 0207-2026 - lote 01 - itens 01 e 02 - ANALISE PROPOSTA FINAL E DEMAIS DOCUMENTOS

Bom dia!

Solicito, **COM A MÁXIMA URGÊNCIA**, informações acerca da análise da proposta final e demais documentos do produto ofertado no lote 01 - PE 0207/2026.

Item 1 – 0830.0507.010130 - MICROPIPETA MONOCANAL - 100 MICROLITROS CERTIF. RBC

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE- CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AV.
IPIRANGA 5400 PARTENON PORTO ALEGRE RS (LACEN).

Item 3 - 0830.0S07.000662 MICROTUBO PP INCO 0,2ML C,'GRADUA

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL
ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE - (CDCT)



Atenciosamente,

Joycemar Moreira,

ID Funcional 2608537

Pregoeiro da Divisão de Fase Externa de Bens - DELIC/CELIC

Atenciosamente,

 GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	Divisão de Pregoeiros DELIC/CELIC Secretaria Planejamento, Governança e Gestão +55 (51) 3288 1195 • 1587 • 1179 CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar Porto Alegre, RS • 90119-900 planejamento.rs.gov.br
--	--

De: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 11 de setembro de 2026 16:58

Para: Almoxarifado Lacen <almox-lacen@saude.rs.gov.br>; LACEN - [SES] <lacen@saude.rs.gov.br>; Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - [SES] <cdct-cevs@saude.rs.gov.br>

Assunto: PE 0207-2026 - ANALISE PROPOSTA FINAL E DEMAIS DOCUMENTOS

Prezados,

Informo que no dia 10/9/2026, foi recebida a propostas final e catálogo técnico nos lotes 01; 02; 04; 06; 07; 08 e 11, referentes ao produto ofertado no PE 0207/2026, pelas empresas LOG LAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA, BOITTON COMERCIO LTDA. e CELCO BIOTEC DO BRASIL LTDA., respectivamente.

Com base no subitem 12.3 do Edital, solicito a análise técnica desse órgão técnico para que se manifeste se o produto ofertado atende a todas as exigências descritas no Termo de Referência (em anexo), conforme os itens abaixo relacionados:

Item 1 – 0830.0507.010130 - MICROPIPETA MONOCANAL - 100 MICROLITROS CERTIF. RBC

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE- CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AV. IPIRANGA 5400 PARTENON PORTO ALEGRE RS (LACEN).

Item 3 - 0830.0S07.000662 MICROTUBO PP INCO 0,2ML C,'GRADUA

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE - (CDCT)

Caso não atenda, faz-se necessário justificar de forma técnica e objetiva quais pontos que constam nas descrições dos itens e que não estão de acordo com as especificações técnicas.

Saliento que a desclassificação sem justificativa robusta pode gerar recurso ou até mesmo demanda judicial por parte do licitante.

Informo que, a divulgação do resultado restou AGENDADA para a próxima segunda-feira (14/09/2026) às 14hs.

Fico no aguardo do retorno da análise, a fim de dar prosseguimento no certame.

Informamos que a resposta ao presente e-mail, quando se tratar de PARECER TÉCNICO/DOCUMENTOS encaminhados por órgãos da Administração, recebe tratamento de documento público e será anexado ao respectivo processo administrativo, podendo, ainda, ser publicizada no Portal de Compras do Estado.

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,

ID Funcional 2608537

Pregoeiro da Divisão de Fase Externa de Bens - DELIC/CELIC



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**

Divisão de Pregoeiros DELIC/CELIC

Secretaria Planejamento, Governança e Gestão
+55 (51) 3288 1195 • 1587 • 1179

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar
Porto Alegre, RS • 90119-900

planejamento.rs.gov.br