

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 43165

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 17/09/2026

EDITAL NÚMERO: 532 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/10/2026 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/2000-9017236-6

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO; 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM.

JUSTIFICATIVA

PROBLEMA: NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) HOMOGENEIZADORES PARA BOLSA DE SANGUE COM CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE PESO X VOLUME, BIVOLT, E 16 (DEZESSEIS) SELADORAS PORTÁTEIS PARA SELAGEM DE TUBOS DE PVC, DESTINADOS AO FORTALECIMENTO E À QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL. INTERESSE PÚBLICO: A AQUISIÇÃO DOS HOMOGENEIZADORES PARA BOLSA DE SANGUE COM CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE PESO X VOLUME E DAS SELADORAS PORTÁTEIS PARA SELAGEM DE TUBOS DE PVC É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A QUALIDADE E A RASTREABILIDADE DOS PROCESSOS DE COLETA E PROCESSAMENTO DO SANGUE E DE SEUS HEMOCOMPONENTES. TAIS EQUIPAMENTOS SÃO INDISPENSÁVEIS ÀS ROTINAS HEMOTERÁPICAS, CONTRIBUINDO PARA A PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, A REDUÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE COLETAS EXTERNAS, ASSEGURANDO MAIOR EFICIÊNCIA NA CAPTAÇÃO DE DOADORES E NO ABASTECIMENTO DA REDE PÚBLICA DE SANGUE. NECESSIDADE: A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) HOMOGENEIZADORES PARA BOLSA DE SANGUE COM CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE PESO X VOLUME, BIVOLT, E 16 (DEZESSEIS) SELADORAS PORTÁTEIS PARA SELAGEM DE TUBOS DE PVC FOI IDENTIFICADA COMO NECESSÁRIA PARA A ADEQUADA OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE APOIO PREVISTA NA PORTARIA SES Nº 1.254/2025, ESPECIALMENTE NO CONTEXTO DA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE COLETA EXTERNA E DA DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPTAÇÃO DE DOADORES. OS EQUIPAMENTOS POSSIBILITARÃO A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TÉCNICOS, SANITÁRIOS E DE QUALIDADE APLICÁVEIS AOS SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AOS DOADORES E À PRODUÇÃO DOS HEMOCOMPONENTES DESTINADOS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO. RESSALTA-SE QUE A DISPONIBILIZAÇÃO DESSES EQUIPAMENTOS É CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA A ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE COLETA EXTERNA PREVISTAS PELA PORTARIA SES Nº 1.254/2025, CONTRIBUINDO DIRETAMENTE PARA A AMPLIAÇÃO DO ACESSO À DOAÇÃO DE SANGUE, O FORTALECIMENTO DA HEMORREDE ESTADUAL E A MANUTENÇÃO DOS ESTOQUES ESTRATÉGICOS DE HEMOCOMPONENTES NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA REDE ASSISTENCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. COM BASE NAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS, CONCLUI-SE VIÁVEL A AQUISIÇÃO DE HOMOGENEIZADORES DE BOLSA DE SANGUE – CONVERSÃO AUTOMÁTICA PESO X VOLUME – BIVOLT E SELADORAS PORTÁTEIS PARA SELAGEM DE TUBOS DE PVC PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DESH.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 HOMOGENEIZADOR DE BOLSA DE SANGUE - CONVERSÃO AUTOMÁTICA PESO X VOLUME - BIVOLT**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 485.196,60

Item 1 - 0830.0183.010213**HOMOGENEIZADOR DE BOLSA DE SANGUE - CONVERSÃO AUTOMÁTICA PESO X VOLUME - BIVOLT****QUANTIDADE:** 15,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 32.346,44**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

HOMOGENEIZADOR DE BOLSA DE SANGUE - **TIPO:** SEM SELADORA.; **SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE:** CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DO VOLUME COLETADO ENTRE 0 E 999 ML. PRECISÃO MÍNIMA DE PESAGEM: DESVIO MÁXIMO DE ± 5 ML. POSSUIR TARA AUTOMÁTICA COM FAIXA MÍNIMA DE TARA DE 0–600 G. CONTROLE DE VOLUME POR GRAVIMETRIA, COM



PARADA AUTOMÁTICA AO ATINGIR O VOLUME PROGRAMADO.; **SISTEMA DE HOMOGENEIZAÇÃO E COLETA:** SISTEMA DE MISTURA POR MOVIMENTO OSCILATÓRIO CONTÍNUO COM CICLOS ENTRE 10 E 20 CICLOS POR MINUTO. PINÇA DE TUBO (CLAMP) ELETRÔNICA COM: ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NO INÍCIO E TÉRMINO DA COLETA; DETECÇÃO DE TUBO NA PINÇA; POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO MANUAL PELO OPERADOR QUANDO NECESSÁRIO.;

INTERFACE E MONITORAMENTO: MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DE VOLUME COLETADO, FLUXO E TEMPO DE COLETA, COM EXIBIÇÃO EM DISPLAY. DISPLAY DIGITAL, PODENDO SER ALFANUMÉRICO OU TOUCHSCREEN.; **ALARMES:** VISUAL E SONORO PARA: FLUXO BAIXO; TÉRMINO DA COLETA E TEMPO EXCEDIDO DE COLETA.; **MEMÓRIA:** CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE DADOS, COM MÍNIMO DE 80 REGISTROS.; **ALIMENTAÇÃO:** BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 10 HORAS DE OPERAÇÃO CONTÍNUA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100–240 V).; **COMUNICAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS:** POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO EM REDE. INTERFACE PARA COMPUTADOR. EXPORTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DOS DADOS PARA SISTEMA EXTERNO.;

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ANTICHOQUE, COM INTERRUPTÃO AUTOMÁTICA DA COLETA.; **MANUAL:** APRESENTAR MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS; **REGISTRO ANVISA:** SIM;

GARANTIA: MÍNIMA DE 1 ANO; **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

1. APRESENTAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO.
2. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: +10 °C A +40 °C.
3. REGISTRO ANVISA VÁLIDO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 7, 39, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15

Lote 2 SELADORA - PORTÁTIL PARA SELAGEM DE TUBOS DE PVC

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 460.040,00

Item 1 - 0870.0700.000009

SELADORA - PORTÁTIL PARA SELAGEM DE TUBOS DE PVC

QUANTIDADE: 16,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 28.752,50

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SELADORA - **MODELO:** SELADORA PORTÁTIL PARA SELAGEM DE TUBOS PVC; **VELOCIDADE DE SELAGEM:** ATÉ 3 SEGUNDOS PARA TUBO PADRÃO, POSSIBILIDADE DE AJUSTE DO TEMPO DE SELAGEM.; **VOLTAGEM:** BIVOLT; **POTÊNCIA:** MÍNIMO 70W; **CERTIFICAÇÃO:** ANVISA; **GARANTIA:** 01 ANO; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM::** - SELADORA PORTÁTIL PARA SELAGEM DE TUBOS PVC E TUBOS DE BOLSAS DE SANGUE.

- BIVOLT, COM BATERIA RECARREGÁVEL.

- DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM O EQUIPAMENTO O CARREGADOR DA BATERIA, ALICATE DE SELAGEM COM CABO MAIOR QUE 1,5M E MANUAL TÉCNICO E DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 16

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1



AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE. QUANDO O ENVIO OCORRER POR CORREIOS, TRANSPORTADORA OU SERVIÇO EQUIVALENTE, O LICITANTE DEVERÁ COMPROVAR A POSTAGEM OU COLETA DA AMOSTRA EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS DA SOLICITAÇÃO. NESSA HIPÓTESE, O PRAZO SERÁ CONSIDERADO ATENDIDO DESDE QUE O ENVIO TENHA SIDO REALIZADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO, AINDA QUE O RECEBIMENTO OCORRA APÓS O QUINTO DIA ÚTIL. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, PREVALECERÁ O MAIOR. MEDIANTE SOLICITAÇÃO FORMAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, O PRAZO PODERÁ SER PRORROGADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

OBSERVAÇÃO 7

O EQUIPAMENTO E OU PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE.

CONSIDERAR A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA PROPOSTA, JUNTAMENTE COM TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MESMA.

EQUIPAMENTO E OU PRODUTO QUE NECESSITE DE TREINAMENTO CONFORME INSERIDO JUNTO A DESCRIÇÃO TÉCNICA, ATENTAR PARA O QUE SEGUE:

A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ CONSIDERAR EM SUA PROPOSTA FINAL TREINAMENTO NA SEDE DO ÓRGÃO REQUISITANTE "SALVO SE CONSTAR NA DESCRIÇÃO DO ITEM LOCAL DIFERENTE", SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL POSTERIOR QUANTO A DESLOCAMENTO, ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS.

OBSERVAÇÃO 39

PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S):

1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE;

2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA);

2.1. CASO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE OU NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO PRÓPRIO DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA ÍNTEGRA AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NESSA OBSERVAÇÃO 39, COMO REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, INCLUSIVE, SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA);



2.2 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ITEM 2 – SUBITEM 2.1, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA.

3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NÃO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, ESTA DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO;

4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TÉCNICOS E/OU DE INSTRUÇÕES ATUALIZADOS E, QUANDO NECESSÁRIO, ESQUEMA ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO;

5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S);

6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO;

7. NO CASO DE REMOÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENÇÃO, ESTA FICARÁ A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERÍODO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO MESMO(S);

8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARÁ A(S) SUBSTITUIÇÃO(ÕES) PROVISÓRIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONserto, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO(S) A CONTINUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA

NA FASE DE JULGAMENTO DE PROPOSTA, O VENCEDOR DA FASE DE LANCES DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DE COMISSÃO OU DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE. O LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA SERÁ DIVULGADO PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DURANTE A FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

O PRAZO GERAL PARA ENTREGA DE AMOSTRA É DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA SUA EXIGÊNCIA. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO PREVALECERÁ O QUE FOR MAIOR.

HAVENDO A EXIGÊNCIA DE LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, ESSES, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS JUNTAMENTE COM A AMOSTRA, OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS SERÃO CUSTEADOS PELO PROPONENTE VENCEDOR.

SERÃO ACEITOS LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO PROPONENTE VENCEDOR QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA.

B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

A COMISSÃO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE DEVERÁ PERMITIR QUE O DEMAIS PARTICIPANTES DO CERTAME TENHAM ACESSO À AMOSTRA QUANDO SOLICITADO.

A COMISSÃO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO MOTIVADO A SER ENCAMINHADO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO COM A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA/AMOSTRA EM 5 DIAS ÚTEIS, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO.

PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS



OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS.

A COMISSÃO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ, EM DILIGÊNCIA MOTIVADA, SOLICITAR NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS.

C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA

O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE QUANDO CONVOCADO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE.

SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS CONTADOS DA CONVOCAÇÃO, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

O DISPOSTO NESTA OBSERVAÇÃO PREVALECE SOBRE O CONTEÚDO DA OBSERVAÇÃO 001