Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA
BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS
BM-DS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL
DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA
NÚMERO DA COMPRA: 43558
DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 05/11/2026
EDITAL NÚMERO: 1118 / 2026
DATA DA REALIZAÇÃO: 12/11/2026 09:05
NÚMERO EXPEDIENTE: 26/1203-9028202-5
TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM;

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA. NÃO SE APLICA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 AGULHA DESCARTÁVEL - ANESTESIA PERIDURAL 16 G

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R$ 1.377,50

Item 1 - 0870.0507.010003

AGULHA DESCARTÁVEL - ANESTESIA PERIDURAL 16 G

QUANTIDADE: 50,0000 **UNIDADE:** un **VALOR UNITÁRIO: R$** 27,55

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
AGULHA DESCARTÁVEL - **MEDIDA DA AGULHA:** 16 G; **USO:** ANESTESIA PERIDURAL; **ESTERILIDADE:** ESTÉRIL; **HIPOALERGÊNICA:** SIM; **DISPOSITIVO DE SEGURANÇA:** NÃO; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 50 UNIDADES; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 18 MESES; **MATERIAL DA AGULHA:** AÇO INOXIDÁVEL; **REGISTRO:** ANVISA; **CANHÃO:** TRANSPARENTE; **COMPRIMENTO:** 90 CM; **UNIDADE LICITATÓRIA:** UNIDADE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 177, 187, 197, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

Lote 2 EXTENSOR PARA INFUSÃO DE ALTA PRESSÃO -1200 PSI

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R$ 8.570,00

Item 1 - 0870.0507.010117

EXTENSOR PARA INFUSÃO DE ALTA PRESSÃO -1200 PSI

QUANTIDADE: 500,0000 **UNIDADE:** un **VALOR UNITÁRIO: R$** 17,14

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
EXTENSÃO - **USO:** EXTENSOR DA LINHA DE INFUSÃO; **TOXICIDADE:** ATÓXICO; **DESCARTÁVEL:** SIM; **ESTERILIDADE:** ESTÉRIL; **COMPRIMENTO MÍNIMO:** 120 CM; **CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM:** INDIVIDUAL; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** UNIDADE; **REGISTRO:** ANVISA; **CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL:** EXTENSOR DE ALTA PRESSÃO, PARA USO EM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE, SUPORTANDO PRESSÃO DE ATÉ 1200 PSI.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 500

Lote 3 FILTRO HOSPITALAR PARA TERAPIA RESPIRATÓRIA HEPA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R$ 2.055,00

Item 1 - 0870.0507.010161

FILTRO HOSPITALAR PARA TERAPIA RESPIRATÓRIA HEPA

QUANTIDADE: 150,0000 **UNIDADE:** un **VALOR UNITÁRIO: R$** 13,70

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
FILTRO HOSPITALAR - **TIPO:** TERAPIA RESPIRATÓRIA; **USO:** CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS PARA ANESTESIA E UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA; **TIPO DE MATERIAL:** HIDROFÓBICO; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** UNIDADE; **REGISTRO:** ANVISA; **ESTERILIDADE:** ESTÉRIL; **DESCARTÁVEL:** DESCARTÁVEL; **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:** MODELO:HEPA, TIPO:BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAMANHO ADULTO. CONEXÕES PADRÃO. USO NO RAMO EXPIRATÓRIO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 18, 183, 187, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 150

Lote 4 FIO CIRÚRGICO - POLIAMIDA (NYLON) 2.0 AGULHA 3,0 CM 3/8 CÍRCULO 45CM

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R$ 192,00

Item 1 - 0870.0507.010059

FIO CIRÚRGICO - POLIAMIDA (NYLON) 2.0 AGULHA 3,0 CM 3/8 CÍRCULO 45CM

QUANTIDADE: 96,0000 **UNIDADE:** un **VALOR UNITÁRIO: R$** 2,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
FIO CIRÚRGICO - **MATERIAL DO FIO DE SUTURA:** POLIAMIDA (NYLON); **CALIBRE DO FIO DE SUTURA:** 2.0; **ESTRUTURA DO FIO DE SUTURA:** MONOFILAMENTAR; **COR DO FIO DE SUTURA:** PRETO; **COMPRIMENTO DO FIO DE SUTURA:** 45 CM; **PRESENÇA DE AGULHA NO FIO CIRURGICO:** COM AGULHA; **COMPRIMENTO DA AGULHA DO FIO DE SUTURA:** 3,0 CM; **CIRCUNFERÊNCIA DA AGULHA:** 3/8 CIRCULO; **PONTA DA AGULHA DE SUTURA:** TRIANGULAR/ CORTANTE; **FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL:** NÃO; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** NO MOMENTO DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE, A VALIDADE DO MESMO NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 80% DO INDICADO PELO FABRICANTE; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FIO DE SUTURA:** EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 48 UNIDADES; **UNIDADE LICITATÓRIA:** 01 UNIDADE - FIO; **REGISTRO:** ANVISA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 18, 187, 197

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 96

Lote 5 FIO CIRÚRGICO - POLIAMIDA (NYLON) 3.0 COM AGULHA 2,0 CM 3/8 CIRCULO - PRETO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R$ 209,28

Item 1 - 0870.0507.009858

FIO CIRÚRGICO - POLIAMIDA (NYLON) 3.0 COM AGULHA 2,0 CM 3/8 CIRCULO - PRETO

QUANTIDADE: 96,0000 **UNIDADE:** un **VALOR UNITÁRIO: R$** 2,18

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
FIO CIRÚRGICO - **MATERIAL DO FIO DE SUTURA:** POLIAMIDA (NYLON); **CALIBRE DO FIO DE SUTURA:** 3.0; **ESTRUTURA DO FIO DE SUTURA:** MONOFILAMENTAR; **COR DO FIO DE SUTURA:** PRETO; **COMPRIMENTO DO FIO DE SUTURA:** 45 CM; **PRESENÇA DE AGULHA NO FIO CIRURGICO:** COM AGULHA; **COMPRIMENTO DA AGULHA DO FIO DE SUTURA:** 2,0 CM; **CIRCUNFERÊNCIA DA AGULHA:** 3/8 CIRCULO; **PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:** RADIAÇÃO GAMA; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 03 MESES; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FIO DE SUTURA:** CONFORME FABRICANTE; **UNIDADE LICITATÓRIA:** 01 UNIDADE - FIO; **REGISTRO:** ANVISA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 18, 187, 197

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 96

Lote 6 FIO CIRÚRGICO - POLIPROPILENO 5.0 BIAGULHADO 1,5 CM 1/2 CÍRCULO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R$ 475,20

Item 1 - 0870.0507.009987

FIO CIRÚRGICO - POLIPROPILENO 5.0 BIAGULHADO 1,5 CM 1/2 CÍRCULO

QUANTIDADE: 48,0000 **UNIDADE:** un **VALOR UNITÁRIO: R$** 9,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
FIO CIRÚRGICO - **MATERIAL DO FIO DE SUTURA:** POLIPROPILENO; **CALIBRE DO FIO DE SUTURA:** 5.0; **PRESENÇA DE AGULHA NO FIO CIRURGICO:** BIAGULHADO; **COMPRIMENTO DA AGULHA DO FIO DE SUTURA:** MÍNIMO: 1,5CM; MÁXIMO: 1,7CM; **CIRCUNFERÊNCIA DA AGULHA:** 1/2 CIRCULO; **COMPRIMENTO DO FIO DE SUTURA:** MÍNIMO 70CM; MÁXIMO 75CM; **PONTA DA AGULHA DE SUTURA:** CILINDRICA; **COR DO FIO DE SUTURA:** INDIFERENTE; **ESTRUTURA DO FIO DE SUTURA:** MONOFILAMENTAR; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FIO DE SUTURA:** EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 48 UNIDADES; **USO DO FIO CIRURGICO:** CARDIOVASCULAR; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 24 MESES; **UNIDADE LICITATÓRIA:** UNIDADE; **REGISTRO:** ANVISA; **FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL:** NÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 18, 187, 197

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 48

Lote 7 FIO CIRÚRGICO - POLIGLACTINA C/ MICROANCORAS 3.0 AG 1,7 CM 1/2 CÍRCULO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R$ 82.440,00

Item 1 - 0870.0507.009894

FIO CIRÚRGICO - POLIGLACTINA C/ MICROANCORAS 3.0 AG 1,7 CM 1/2 CÍRCULO

QUANTIDADE: 360,0000 **UNIDADE:** un **VALOR UNITÁRIO: R$** 229,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
FIO CIRÚRGICO - **MATERIAL DO FIO DE SUTURA:** POLIGLACTINA OU ÁCIDO GLICÓLICO; **CALIBRE DO FIO DE SUTURA:** 3.0; **ESTRUTURA DO FIO DE SUTURA:** FIO C/ MICROANCORAS; **COR DO FIO DE SUTURA:** INDIFERENTE; **COMPRIMENTO DO FIO DE SUTURA:** MÍNIMO 15CM; MÁXIMO 23CM; **PRESENÇA DE AGULHA NO FIO CIRURGICO:** COM AGULHA; **COMPRIMENTO DA AGULHA DO FIO DE SUTURA:** 1,7 CM; **CIRCUNFERÊNCIA DA AGULHA:** 1/2 CIRCULO; **PONTA DA AGULHA DE SUTURA:** CIRCULAR; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 24 MESES; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FIO DE SUTURA:** CAIXA COM 12 UNIDADES; **UNIDADE LICITATÓRIA:** UNIDADE; **REGISTRO:** ANVISA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 18, 187, 197

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 360

Lote 8 FIO CIRÚRGICO - POLIPROPILENO 3.0 BIAGULHADO 2,5 CM 1/2 CIRCULO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R$ 967,68

Item 1 - 0870.0507.009949

FIO CIRÚRGICO - POLIPROPILENO 3.0 BIAGULHADO 2,5 CM 1/2 CIRCULO

QUANTIDADE: 144,0000 **UNIDADE:** un **VALOR UNITÁRIO: R$** 6,72

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
FIO CIRÚRGICO - **MATERIAL DO FIO DE SUTURA:** POLIPROPILENO; **CALIBRE DO FIO DE SUTURA:** 3.0; **PRESENÇA DE AGULHA NO FIO CIRURGICO:** BIAGULHADO; **COMPRIMENTO DA AGULHA DO FIO DE SUTURA:** MÍNIMO 2,5 CM; MÁXIMO 2,6 CM; **CIRCUNFERÊNCIA DA AGULHA:** 1/2 CIRCULO; **COMPRIMENTO DO FIO DE SUTURA:** MÍNIMO 70CM; MÁXIMO 75CM; **PONTA DA AGULHA DE SUTURA:** CILINDRICA; **COR DO FIO DE SUTURA:** INDIFERENTE; **ESTRUTURA DO FIO DE SUTURA:** MONOFILAMENTAR; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FIO DE SUTURA:** EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 48 UNIDADES; **USO DO FIO CIRURGICO:** CARDIOVASCULAR; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 24 MESES; **UNIDADE LICITATÓRIA:** UNIDADE; **REGISTRO:** ANVISA; **FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL:** NÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 18, 187, 197

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 144

Lote 9 GLUTARALDEÍDO - 2% A 2,5% - 5 LITROS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R$ 8.492,50

Item 1 - 0870.0507.010149

GLUTARALDEÍDO - 2% A 2,5% - 5 LITROS

QUANTIDADE: 50,0000 **UNIDADE:** gl **VALOR UNITÁRIO: R$** 169,85

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
GLUTARALDEÍDO - **CONCENTRAÇÃO:** 2% A 2,5%; **USO:** EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, MATERIAL DE ENDOSCOPIA E MATERIAL TERMOSSENSÍVEL; **TEMPO DE CONTATO:** MÁXIMO 30MIN; **FUNÇÃO DO MATERIAL:** BACTERICIDA, FUNGICIDA, MICOBACTERICIDA E VIRUCIDA; **COMPOSIÇÃO:** GLUTARALDEÍDO PRONTO PARA USO (SEM A NECESSIDADE DE ATIVADOR); **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** GALÃO 5L; **REGISTRO:** ANVISA; **ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO:** 28 A 32 DIAS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

Lote 10 INDICADOR QUÍMICO - BAIXA TEMPERATURA POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VAPORIZADO-ROLO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R$ 1.758,12

Item 1 - 0870.0507.009889

INDICADOR QUÍMICO - BAIXA TEMPERATURA POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VAPORIZADO-ROLO

QUANTIDADE: 12,0000 **UNIDADE:** rl **VALOR UNITÁRIO: R$** 146,51

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
INDICADOR - **TIPO DE INDICADOR:** QUÍMICO CLASSE I ROLO; **USO:** ESTERILIZADORA DE BAIXA TEMPERATURA POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VAPORIZADO.; **COMPOSIÇÃO:** FITA IMPREGNADA COM TINTA INDICADORA SENSÍVEL AO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VAPORIZADO, IMPRESSA SOBRE UM SUBSTRATO PLÁSTICO LIVRE DE CELULOSE.; **COMPATIBILIDADE:** APRESENTAR DOCUMENTOS DE COMPATIBILIDADE E VALIDAÇÃO COM A ESTERILIZADORA DE BAIXA TEMPERATURA V-PROMAX 2.; **FUNÇÃO DO MATERIAL:** DISTINGUIR UNIDADES PROCESSADAS E NÃO PROCESSADAS EM CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO LÚMEN E NÃO LÚMEN E MANTER SEGUROS OS ITENS EMBALADOS.; **UNIDADE LICITATÓRIA:** ROLO; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** CONFORME EMBALAGEM DO FABRICANTE; **NORMA:** ANSI/AAMI/ISO 11140-1;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 12

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOUVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE. QUANDO O ENVIO OCORRER POR CORREIOS, TRANSPORTADORA OU SERVIÇO EQUIVALENTE, O LICITANTE DEVERÁ COMPROVAR A POSTAGEM OU COLETA DA AMOSTRA EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS DA SOLICITAÇÃO. NESSA HIPÓTESE, O PRAZO SERÁ CONSIDERADO ATENDIDO DESDE QUE O ENVIO TENHA SIDO REALIZADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO, AINDA QUE O RECEBIMENTO OCORRA APÓS O QUINTO DIA ÚTIL. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, PREVALECERÁ O MAIOR. MEDIANTE SOLICITAÇÃO FORMAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, O PRAZO PODERÁ SER PRORROGADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

OBSERVAÇÃO 18
OS PRODUTOS DEVERAO SER FORNECIDOS EM EMBALAGENS ORIGINAIS DE FABRICA.

OBSERVAÇÃO 177
AS AGULHAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DEVERÃO SER EMBALADAS UNITARIAMENTE EM EMBALAGEM HERMÉTICA E ABERTURA COM TÉCNICAS ASSÉPTICAS,(AGULHA, SERINGA E O CONJUNTO AGULHA + SERINGA), DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 9752/97.

OBSERVAÇÃO 183
OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 187
PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES:

O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL O REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS OU PROVA DE QUE O PRODUTO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGISTRO NA ANVISA/MS.

COMO CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO DA PROPONENTE, DEVERÁ SER APRESENTADO:

ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

*FICARÁ A CARGO DA PROPONENTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGISTRO NA ANVISA/MS, E QUE ELE PRÓPRIO ESTÁ DISPENSADO QUANTO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

OBSERVAÇÃO 197
O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENVIAR AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPÓTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NÃO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRAÇÃO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANALISE NO ÓRGÃO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO 198
OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E DE REGISTRO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

"O LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR O DOCUMENTO QUE COMPROVE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E REGISTRO JUNTO A PROPOSTA FINAL" .

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO (CA), ATENDENDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

OBSERVAÇÃO 207
O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) DOCUMENTACAO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM E PROCEDÊNCIA DOS MESMOS JUNTO AO FABRICANTE.